

进口产品专家论证意见

申请单位	新安县人民医院
采购项目名称	新安县人民医院 X 线计算机断层扫描仪（64 排 CT）采购项目
采购项目金额	626 万元
拟采购进口产品名称及金额	产品名称：X 线计算机断层扫描仪（64 排 CT）设备 1 套 预算金额：626 万元
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（√）	
采购单位阐述原因： <p>我院是 2019 年河南省卫健委指定的县域医疗中心建设单位，是新安县唯一一家综合性二级甲等医院。现有的 16 排 CT 设备已经使用近 10 年，无法满足患者流通量及全面高端临床检查应用，因此拟采购一台进口 64 排螺旋 CT。</p> <p>相比国产同类设备，64 排螺旋 CT 可以显著提高图像质量和扫描速度，具有全新精准影像链平台，高端临床应用，标准化数据报告与科研共享平台等技术优势，是国产设备目前无法提供的，虽然在部分参数上可以比肩进口品牌，但是临床使用效果会随时间推移而衰减显著。高水平的血管成像和功能成像功能，也为手术治疗方案提供指导依据，实现疾病的早诊断早治疗。</p> <p>进口产品医疗设备的技术性能和设备各部件之间的契合度和运行的稳定性有保障，能够提高诊断报告的精准性，为病人的健康保驾护航，为更好服务病人和开展科室工作，我院特申请采购一套进口 64 排螺旋 CT。</p>	

专家论证意见:

(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)

进口高端64排128层CT, 技术成熟, 扫描速度快, 图像质量分辨率高, 临床应用软件多: 诊断报告精度高, 硬件条件成熟, 又有高对比度的血管和心脏成像不受病人影响, 为手术治疗方案提供指导依据, 为病人的健康保驾护航, 服务病人。

建议购买进口品牌CT。

专家签字: 吕学

2020年11月18日

专家论证意见:

(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)

进口 64排 128层螺旋CT 具有扫描时间短, 最快部件扫描速度 $\leq 0.35s/360^\circ$, 成像清晰, 高对比, 多种后处理分析软件能显示血管细小分支, 具有图像质量好, 稳定性好, 故障率低, 建议采购进口产品。

专家签字:

张涛

2020 年 11 月 18 日

专家论证意见:

(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)

64排CT 目前在国内外综合性医院应用较多, 国产同类产品故障率高, 精度差, 扫描速度慢, 且检查使用效果会随时间推移而衰减, 不能满足医院和广大患者的要求。进口设备精度高, 具有全新精准影像平台, 数字化数据报告可多科研平台共享, 能更好地为患者服务, 建议采购进口设备。

专家签字:

2020年11月18日

专家论证意见:

(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)

项目符合国家标准法规同意

李斌

专家签字:

李斌

2020年11月18日